



Versão: 02

Atualização: 29/07/2020

Validade: 29/07/2021

Relatores: Enfermagem CME/CC

ENTREGA DE MATERIAIS NA ÁREA DE LIMPEZA DA CME DE CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS COM COVID-19 DAS UIS, UTIS E AMBULATÓRIOS.

1 – Objetivo

1.1 Traçar um fluxo seguro para os colaboradores no processo de recebimento e limpeza dos materiais suspeitos e confirmados com COVID-19, proveniente das UIS, UTIs e Ambulatórios.

2 – Aplicação

2.1 Equipe de Enfermagem da CME

3 – Abrangência

3.1 Unidades Antônio Prudente, Tamandaré e Pires da Mota

4 – Documentos Relacionados

4.1 Protocolo de COVID-19 da Instituição AC Camargo Câncer Center

5 – Glossário

5.1 U.I (Unidade de Internação),

5.2 U.T.I (Unidade de Terapia Intensiva)

6 – Descrição

6.1 Após a utilização dos materiais nos pacientes suspeitos e confirmados para COVID-19, acondiciona-los em sacos plásticos e encaminhá-los para a Central de Material e Esterilização, dentro de um contêiner fechado com tampa e identificado

6.2 Realizar a limpeza externa do contêiner com Lab septic antes de transportá-los para a C.M.E.

Observação: Após o uso, encaminhar os materiais imediatamente para a Central de Material e Esterilização.

Após a retirada dos materiais do contêiner, a CME realizará a limpeza interna e externa do contêiner com Labseptic em seguida devolverá para o setor de origem.



A.C. Camargo Cancer Center

Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa

As UIs , UTIs e Ambulatórios, deverão trazer os materiais até a CME, sendo que os inalatórios devem estar separados dos instrumentais.

6.3 O colaborador da CME deverá estar utilizando os EPIs adequados para o recebimento e limpeza dos materiais contaminados.

6.4 O colaborador irá separar os inalatórios/instrumentais e será feita uma limpeza prévia. Esses materiais não podem ser misturados aos materiais de outros procedimentos

6.5 Os materiais serão colocados na Termodesinfetadora no ciclo de instrumentais pesados e ao término do ciclo os materiais são encaminhados à área de preparo obedecendo os critérios dos processos de preparo e esterilização.

Estas diretrizes podem sofrer alterações de acordo com as recomendações dos órgãos governamentais.