

**Versão: 02**

**Atualização: 29/07/2020**

**Validade: 29/07/2021**

**Relatores: Enfermagem CME/CC**

## **RETIRADA DE MATERIAIS SUSPEITOS E POSITIVOS COM COVID-19 NO CENTRO CIRÚRGICO**

### **1 – Objetivo**

1.1 Proteção do colaborador ao manipular os instrumentais no momento da retirada destes da sala operatória

### **2 – Aplicação**

2.1 Equipes de enfermagem da CME

### **3 – Abrangência**

3.1 Unidades Antônio Prudente, Tamandaré e Pires da Mota

### **4 – Documentos relacionados**

4.1 Protocolo de COVID – 19 da Instituição AC Camargo Câncer Center

### **5 – Glossário**

5.1 Central de Material e Esterilização

5.2 COVID – 19: É uma doença causada pelo corona vírus SARS – COV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadro respiratórios graves.

5.3 Paramentarão: É a troca de vestes normais por vestimentas adequadas ao ambiente de trabalho como: avental, gorro, máscara, óculos, luvas, face shield, máscara N-95, sapato impermeável padronizado pela Instituição (E.P.Is).

5.4 E.P.I: Equipamento de Proteção Individual

### **6 – Descrição**

6.1 CME deverá sair paramentado da área de limpeza (Avental impermeável limpo e seco, óculos de proteção, mascara N-95, viseira Face Shild e 02 luvas de procedimento).

6.2 Desmontagem de sala: Utilizar duplo enluvamento. A primeira luva deve ser removida após o manuseio do material contaminado e a segunda luva para realizar o transporte do carro com os materiais, até a área de limpeza do Centro de Material e Esterilização.



# A.C. Camargo Cancer Center

Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa

6.3 Descartar na sala operatória os circuitos de anestesia e máscara facial utilizados no procedimento cirúrgico.

6.4 Realizar o transporte dos materiais contaminadas sempre em carro fechado.

6.5 Realizar a limpeza concorrente do carro de transporte com wipall e lab septic a cada transporte, antes de sair da sala operatória.

## 7 - Área de Limpeza

7.1 Na área de recepção e limpeza, os profissionais do Centro de Material e Esterilização devem utilizar máscara N-95, avental impermeável de manga longa descartável, luva emborrachada de cano longo, sapato fechado e impermeável, touca e óculos de proteção.

7.2 Não utilizar o equipamento AUTOSTEAM e a pistola de ar e água se for canulados, lavar os materiais na ultrassônica.

7.3 A limpeza deverá ser realizada com rigor com a finalidade de garantir a máxima redução de carga microbiana e proporcionar um processamento seguro.

7.4 Ao término do processo na área de limpeza, o colaborador deverá retirar os EPIs de acordo com o protocolo da Instituição AC Camargo Câncer Center.

7.5 As folhas de controle de instrumental cirúrgico, ao chegar na área de limpeza deverá ser armazenada em saco plástico individual e lacrado com fita e com identificação de Covid.