

Acionamento TRR (BIP AP: 7000) (BIP TT: 7299)

- Médico internista (ramal AP: 3871 / TT: 3881)
- Enfermeiro (ramal AP: 3797 / TT: 3849)
 - AP: Enf^o Rafael (diurno) e cobertura 24h
 - TT: Enf^o Cintia (diurno) e cobertura 24h
- Fisioterapeutas (ramal HJ: 3832 / AP: 3836)
 - obs: noturno (ramal: AP 3836) / TT: 3907)



PARAMENTAÇÃO:

- Máscara N95
- Máscara Face Shield
- Óculos de proteção
- Gorro
- Avental de isolamento
- Luvas

Materiais para IOT

Exclusiva com videolaringoscópio

- Vídeo estará com o TRR
- Lâminas descartáveis:
 - Nº 2: 1 a 8 anos
 - Nº 3: 7 anos – adulto
 - Nº 4: adulto
 - Xblade: VADE
- Não descartar videolaringo após uso: Após o uso limpar com Labseptic

Kit intubação

- Kit estará disponível com o TRR
- Videolaringoscópio (McGrath)
- Lâminas videolaringo (4 tamanhos)
- Cânula para aspiração subglótica
- TrakCare (Sistema aspiração fechado)
- Filtro HME
- Circuito do ventilador
- Filtro HEPA

Ventilador mecânico para transporte



INSTRUÇÕES:

- Servo: Localização: AP: UTI 2^oHJ / UTI 1 - 6^o andar e TT: UTI Ad. e Ped.)
- Desmontar aparelho para transporte (conforme treinamento)
- Utilizar cilindro com O² 100%
- Manter circuito fechado , sem desconexão.



CONTRA-INDICAÇÕES:

- **NÃO** utilizar OXLOG
- **NÃO** ambusar paciente (Se necessário até a chegada do ventilador, usar ambu com filtro HME)

REPOSIÇÃO DOS KITS E LANÇAMENTO DE MATERIAL EM CONTA

Kit com enfermeiro do TRR
(Kit no centro de custo da unidade)

Após o uso enf. TRR vai até Farmácia com nº atendimento e informa o que foi utilizado. Será liberado um novo kit para TRR.

Kit's para reposição imediata:

- UTI TT – 2 kits(ad) + 2 kits (PED)
- UTI A – 2 kits (adulto)
- UTI HJ – 2 kits (adulto)

A reposição SEMPRE será de um kit inteiro.

Poderá haver devolução somente de cânulas subglóticas, pois não entrarão em contato com paciente. O restante dos produtos, se não utilizado, será descartado.